

マルチセンサーチャンバー (P/N: FLX-003) の応答性グラフ

流速 450mL/min

純水から水道水、水道水から純水での応答試験結果

90%応答 2分30秒 100%応答 7分23秒

