



- P/N : FLX-001-01 (材質 : PVC)  
 FLX-001-02 (材質 : PTFE)  
 FLX-001-03 (材質 : SUS304)  
 FLX-001-04 (材質 : SUS316L)

注意 : \*PG13.5 ネジは O リングでシールしますので  
 シールテープは巻かないでください。

\*PTFE 製は帯電防止のためフローチャンバー本体の取付穴などを  
 利用してアースを取るようにしてください。

製品にはφ6 チューブフィッティング (PTFE 製) が 2 個付属します。

名 称	PG13.5 フローチャンバー				株式会社ティ・アンド・シー・テクニカル								
△	付属品情報を追加	22.06			〒110-0003 東京都台東区根岸 1-2-17 住友不動産上野ビル 7 号館 5 階								
△	固定用取付穴を追加, 材質追加	22.06			TEL:03-3871-1750 FAX:03-3871-1751								
△	PTFE のサンプル入口仕様を改訂	23.11			承認		検図	出口	設計		製図	下田	単位
訂正	記 事	年月日	設計	検図	承認	図面番号	FZ10207-F		工事番号				mm