

変更情報：アークセンサーの一部シリーズにおける寸法変更のお知らせ

お客様各位


弊社のサプライヤより、アークセンサー用電子基板で使用されている演算処理装置 (CPU) の納期が 1 年以上遅れているとの連絡がありました。このためハミルトンの演算処理装置の既存の在庫は、現在の出荷状況で 2022 年 8 月までと予測されております。

8 月以降の納品の停止を回避するため、演算処理装置を現行品と同じ性能と機能、より需要に即した納期を備えた別の演算処理装置に置き換えることを決定いたしました。これに伴いハミルトン社は新しい演算処理装置のための基板を再設計しております。

この新しい基板の寸法は従来のものと異なり、センサー接続部下部を 7mm 延長するようになります (下の図を参照)。寸法の変更以外は従来品と同様となります。なお従来の演算処理装置の供給が戻りましたら、寸法の小さい現行品へ戻す計画としております。


寸法の変更によりご不便をおかけいたしますこと申し訳ありません。諸般の情勢に鑑み安定した供給を優先することを基準に判断いたしましたことご理解いただけますようお願い申し上げます。

現行品



新しい演算処理装置に変更されたモデル

赤の数値が変更部分になります。(2022 年 8 月以降より適用予定)



変更対象製品

コンデューセルアークシリーズ http://www.tactec.jp/smart_cond_sensor_arc.htm

pH アークシリーズ http://www.tactec.jp/inline_sensor/smart_pH_senser_arc.htm